

Specification	مواصفات
---------------	---------

CODE NO	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
	<b>S028</b>	<b>CSSD Quality Assurance &amp; Tracking System</b>

Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل

Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
--	----------------------	--------------------

<b>1</b>	<b>Integrate able</b>	System to be fully integrateable with machine park	
<b>2</b>	<b>System</b>		
<b>1</b>	The system must have functionality to store all data base changes	Yes	
<b>2</b>	System must be able to monitor all trays and if needed automatically fast track specific trays	Yes	
<b>3</b>	System that provide warning messages in order to assure quality of production	Yes	
<b>4</b>	Tracking system to cater to all aspects of instrument management.	Yes	
<b>3</b>	<b>Traceability</b>		
<b>1</b>	Treacability system to provide live data logging from washers and autoclaves	Yes	
<b>2</b>	Traceability to operate with bar code scanners	Yes	
<b>4</b>	<b>Information</b>	Web Client Module providing complete information flow including order placement and instrument location	
<b>5</b>	<b>Fast</b>	Fast Track Plan Module helping to prioritize production using customized flexible prompting	
<b>6</b>	<b>Hardware</b>	5 Computers at least to be connected to the software in the CSSD and in the OR	

Rev..11/2011 BY MB

Page 1 of 2

<p>Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.</p>	<p>ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن اوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.</p>
<p>The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.</p>	<p>ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها مخفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.</p>

Specification مواصفات		
CODE NO	ITEM NO. رقم البند	ITEM DESCRIPTION اسم البند
	S028	CSSD Quality Assurance & Tracking System
Manufacturer الشركة الصانعة	Country of Origin بلد المنشأ	Model الموديل
Parameter Description عنصر المواصفة	Specified المطلوب	Offered المعروض
7	Other specifications	All ordering from OR to CSSD must be done via standard web browser- Multi site management, (several hospital sites can share a common database of instruments.)



Important Note: Contractor must fill the "Offered" column and submit this table as a part of the tender document. The number of the related parameters specified in the specification shall be clearly marked /shown on the catalogue. Non compliance with this note will void the offer.	ملاحظة هامة: يجب على مقدم العطاء تعبئة خانة المعروض وتقديم هذا الجدول ضمن اوراق المناقصة بعد ختمه وتوقيعه، وتكتب أرقام عناصر المواصفة على ما يقابلها على الكatalog، ولن ينظر لعرضه ما لم يلتزم بذلك.
The fixation of the equipment data plate from factory must be permanent and non-removable, and the data shown on it must be embossed/engraved or printed permanently, that guarantees the data cannot be altered.	ملاحظة هامة: يجب أن تكون اللوحة الاسمية للجهاز مثبتة على الجهاز بشكل دائم وغير قابلة للإزالة، كما يجب أن تكون المعلومات المدرجة فيها مخفورة أو مطبوعة بشكل غير قابل للإزالة أو التغيير.